



UNIMET® 300ST

Prüfsystem für die
elektrische Sicherheit
Software-Version: ab 3.2



Inhaltsverzeichnis

1. Dieses Handbuch effektiv nutzen	5
1.1 Zum Bedienungshandbuch	5
1.2 Technische Unterstützung	5
1.3 Symbol- und Hinweiserklärung	6
2. Sicherheitshinweise	7
2.1 Lieferung	7
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.3 Qualifiziertes Personal	7
2.4 Sicherheitshinweise allgemein	7
2.5 Lieferbedingungen, Garantie, Gewährleistung und Haftung	8
3. Systembeschreibung	9
3.1 Funktionsbeschreibung	9
3.2 Normgerechte Prüfungen	10
3.3 Systembestandteile	10
3.4 Bedienelemente	12
4. Bedienen und Einstellen	13
4.1 Inbetriebnahme	13
4.1.1 Drucker anschließen	14
4.1.2 Tastatur und Barcodeleser anschließen	14
4.2 Bedienprinzip	14
4.2.1 Bedienung am Gerät	14
4.2.2 Bedienung über Tastatur	15
4.2.3 Einlesen mit dem Barcodeleser	15
4.3 Hauptmenü	16
4.4 Prüferkatalog	16
4.5 Geräteeinstellungen	19
4.5.1 Abgleich Prüfspitze	20
4.5.2 Gerätetyp-Abfrage	21
4.5.3 Warm- und Kaltlaufphase	21
4.5.4 Firmenname ändern	22
4.5.5 Uhrzeit/Datum	22

4.5.6	RS232-Parameter	23
4.5.7	Summer ein/aus	24
4.5.8	Sommer/Winterzeit	24
4.5.9	Sprache/Language	25
4.5.10	Firmware-Update	25
4.6	Info	28
5.	Prüfen und Messen	29
5.1	Prüfen mittels Klassifikation	29
5.1.1	Klassifikation	29
5.1.2	Prüfung	33
5.1.3	Auswertung des Prüfergebnisses	40
5.2	Wiederholungsprüfung und Gerätekatalog	41
5.2.1	Sammel-Ausdruck	42
5.2.2	Sichern des Gerätekatalogs	43
5.3	Einzelmessung	49
6.	Wartung und Kalibrierung	51
6.1	Kalibrierung	51
6.2	Wechsel der Batterie	51
6.3	Fehlermeldungen	51
6.4	Entsorgung	52
7.	Daten	53
7.1	Normen	53
7.1.1	Anwendungsnormen	53
7.1.2	Konstruktionsnormen	53
7.2	Prüfschritte	54
7.3	Technische Daten	56
7.4	Bestellangaben	57

1. Dieses Handbuch effektiv nutzen

1.1 Zum Bedienungshandbuch

Dieses Bedienungshandbuch beschreibt das UNIMET[®] 300ST mit der auf der Titelseite benannten Software-Version. Bei anderen Versionen können abweichende Funktionen oder Bedienschritte vorhanden sein. Es richtet sich an Fachpersonal der Elektrotechnik und Elektronik.

Bitte lesen Sie dieses Bedienungshandbuch vor der Nutzung der Geräte. Bewahren Sie diese Unterlage griffbereit in der Nähe des Gerätes auf.

Dieses Bedienungshandbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler und Irrtümer nicht vollständig auszuschließen. Die Bender-Gesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die sich aus Fehlern oder Irrtümern in diesem Bedienungshandbuch herleiten.

Die eingetragenen Warenzeichen, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Besitz der jeweiligen Firmen.

1.2 Symbol- und Hinweiserklärung

In Bender-Dokumentationen werden folgende Benennungen und Zeichen für Gefährdungen und Hinweise verwendet:



Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbare drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise gefährliche Situation.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise bedeutet, dass leichte Körperverletzung oder Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise für den sachgerechten Umgang mit den Geräten.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen an Geräten oder in dessen Umgebung führen.



Unter diesem Symbol erhalten Sie Anwendungs-Tipps und besonders nützliche Informationen. Sie helfen Ihnen, alle Funktionen der Geräte optimal zu nutzen.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Lieferung

Kontrollieren Sie die Versand- und Geräteverpackung auf Beschädigungen und vergleichen Sie den Packungsinhalt mit den Lieferpapieren. Nehmen Sie nur unbeschädigte Geräte in Betrieb. Bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte umgehend BENTRON®.

Geräte dürfen nur in Räumen gelagert werden, in denen sie vor Staub, Feuchtigkeit, Spritz- und Tropfwasser geschützt sind und in denen die angegebenen Lagertemperaturen eingehalten sind.

Grundsätzlich gelten die "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" der Vertriebsfirma.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Prüfsystem UNIMET® 300ST ist ausschließlich für den im Kapitel "Systembeschreibung" auf Seite 9 angegebenen Einsatzbereich bestimmt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das Beachten aller Hinweise aus diesem Bedienungshandbuch und
- die Einhaltung eventueller Prüfintervalle.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus entstehende Schäden haften die Bender-Gesellschaften nicht.

2.3 Qualifiziertes Personal

Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an den Bender-Geräten arbeiten. Qualifiziert heißt, dass es mit Montage, Inbetriebnahme und Betrieb der Geräte vertraut ist und über eine der Tätigkeit entsprechende Ausbildung verfügt. Das Personal sollte dieses Handbuch gelesen haben und muss alle Hinweise, die Sicherheit betreffen, verstanden haben.

2.4 Sicherheitshinweise allgemein

Bender-Geräte sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei deren Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an Bender-Geräten oder an anderen Sachwerten entstehen.

- Benutzen Sie Bender-Geräte nur:
 - für die bestimmungsgemäße Verwendung
 - im sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand
 - unter Beachtung der für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung
- Beseitigen Sie sofort alle Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können.
- Nehmen Sie keine unzulässigen Veränderungen vor und verwenden Sie nur Ersatzteile und Zusatzeinrichtungen, die vom Hersteller der Geräte verkauft oder empfohlen werden. Wird dies

nicht beachtet, so können Brände, elektrische Schläge und Verletzungen verursacht werden.

- Hinweisschilder müssen immer gut lesbar sein. Ersetzen Sie sofort beschädigte oder unlesbare Schilder.

2.5 Lieferbedingungen, Garantie, Gewährleistung und Haftung

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Bender.

Für Softwareprodukte gilt zusätzlich die vom ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.) herausgegebene "Softwareklausel zur Überlassung von Standard- Software als Teil von Lieferungen, Ergänzung und Änderung der Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie".

Liefer- und Zahlungsbedingungen und Softwareklausel erhalten Sie gedruckt oder als Datei bei Bender.

3. Systembeschreibung

3.1 Funktionsbeschreibung

Das UNIMET[®] 300ST dient zum Prüfen der elektrischen Sicherheit. Es ist für folgende Einsatzbereiche bestimmt:

- Kranken- und Pflegebetten
- Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte - Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte nach DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06
- mit entsprechendem Adapter* auch Prüfung dreiphasiger elektrischer Betriebsmittel der Schutzklassen I und II gemäß DIN VDE 0701-0702 und DIN EN 62353

* Mit dem Drehstromadapter DS32 wird der Prüfling **nicht** im Betriebszustand geprüft.

Mit dem Drehstromadapter DS32A wird der Prüfling im Betriebszustand geprüft

Das Prüfsystem liefert Messergebnisse, die es sofort bewertet um die Prüfung als "bestanden" oder "nicht bestanden" einzustufen. Eine Klassifikation führt zum Prüfablauf, der außer den elektrischen Prüfungen auch eine kurze Sichtprüfung und eine Funktionsprüfung enthält. Je nach Prüfling kann die Prüfung automatisch oder manuell durchgeführt werden.

Die Prüfergebnisse können im Display angezeigt, gespeichert oder auf einem externen Drucker gedruckt werden. Bei auffälligen Messergebnissen kann der Prüfling mit der Einzelmessung genauer untersucht werden. Der Gerätekatalog bietet Speicherplatz für die Prüfergebnisse von bis zu 600 geprüften Betten oder Geräten.

Über die RS-232-Schnittstelle können Prüfungen in eine PC-Software übertragen werden. Diese Software ist im Lieferumfang des UNIMET[®] 300ST enthalten. Für Wiederholungsprüfungen werden diese in der PC-Software gespeicherten Daten wieder in das UNIMET[®] 300ST zurück übertragen. Die RS-232-Schnittstelle dient auch für eventuelle spätere Updates der internen Betriebssoftware des Prüfsystems.

Der Prüferkatalog ist vorteilhaft, wenn mehrere Personen mit dem Prüfsystem arbeiten. Bereits bekannte Prüfer werden einfach im Prüferkatalog ausgewählt. Die wiederholte Eingabe des Prüfernamens entfällt. Maximal zehn Prüfernamen können gespeichert werden.

Das LC-Display ist hinterleuchtet. Für Eingaben kann eine handelsübliche Tastatur oder ein Barcodelesestift an die PS/2-Schnittstelle angeschlossen werden.



UNIMET[®] 300ST ist nur für den Einsatz in geerdeten Netzen vorgesehen. Wird das Prüfsystem entgegen der Zweckbestimmung in einem IT-System eingesetzt, so sind die Messwerte der Ableitströme im Betriebszustand nicht reproduzierbar. Das Prüfergebnis ist nicht verwertbar.

Die Messung von Ersatzableitströmen führt auch im IT-System zu richtigen Messwerten.

3.2 Normgerechte Prüfungen

Das UNIMET® 300ST führt Messungen und Prüfungen nach folgenden Normen aus (siehe auch Kapitel "7.1 Normen"):

- DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2008-08
- DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06
- ÖVE/ÖNORM EN 62353:2009-01-01

Das UNIMET® 300ST führt folgende Messungen und Prüfungen aus:

- Sichtprüfung
- Netzspannung
- Messung der Stromaufnahme, Berechnung der Leistungsaufnahme
- Schutzleiterwiderstand bei Geräten der Schutzklasse I
- Isolationswiderstand
- Geräteableitstrom nach dem Differenzstrom-Messverfahren oder durch direkte Messung
- Ersatzgeräteableitstrom
- Berührungs- bzw. Schutzleiterstrom nach dem Differenzstrom-Messverfahren oder durch direkte Messung
- Funktionsprüfung

3.3 Systembestandteile

Mit dem Prüfsystem UNIMET® 300ST wird folgendes Zubehör geliefert:


1	Tragetasche (Beispiel)	zur Aufbewahrung und Transport des Prüfsystems und dessen Zubehör. Zubehör befindet sich in Seitentasche und Innentasche.
2	Prüfspitze	zum Abtasten berührbarer Teile des Prüflings
3	Prüfklemme (Sicherheitsklau- engrip)	zum Anschluss an berührbare Teile des Prüflings
4	Schnittstellenkabel (Nullmo- demkabel)	ermöglicht den Datenaustausch zwischen dem Prüfsystem und einem PC (RS-232-Schnittstelle)
5	Kalibrierzertifikat	Nachweis über die im Werk durchgeführte Kalibrierung
6	Technisches Gerätehandbuch auf CD	Handbuch des Prüfsystems
7	UNIData300-PC-Software (CD)	Software UNIData300 zum - Sichern des Gerätekataloges auf einem PC - Übertragen eines Firmware-Updates in das UNIMET® 300ST
8	VK701-6 Adapter Schuko	zum Prüfen von Verlängerungsleitungen und Steckdosenleisten
9	VK701-7 Adapter Kaltgeräte	zum Prüfen von Geräteanschlussleitungen
10	USB1.1-RS-232-Converter	ermöglicht den Datenaustausch zwischen der RS-232-Schnittstelle des UNIMET® 300ST und dem USB-Anschluss eines PCs (mit Installations-CD)

Das Prüfsystem und sein Zubehör



Abb. 3.1: Zubehör

3.4 Bedienelemente



1	Bedientasten
2	Beleuchtetes LC-Display für die Anzeige der Bedienmenüs und der Messergebnisse. Vier Zeilen mit je 20 Zeichen.
3	Fest montiertes Netzkabel zum Anschluss an die Versorgungsspannung
4	Buchsen - violett: Anschluss der Prüfspitze zum Abtasten berührbarer Teile des Prüflings. - gelb (E): für eine zweite Messleitung, wenn der niederohmige Durchgang des Schutzleiters zwischen zwei Punkten gemessen werden soll (z.B. bei einphasigen fest angeschlossenen Geräten, Verlängerungsleitungen).
5	Prüfsteckdose: Hier wird das Netzkabel des Prüflings eingesteckt
6	Robustes Kunststoffgehäuse, mit Druckknöpfen zum sicheren Halt in der Tragetasche
7	Netzschalter mit thermisch-magnetischem Schutzschalter
8	Schnittstellen: - RS-232-Schnittstelle, 9-polig, galvanisch getrennt, zum Anschluss an einen PC - Centronics-Schnittstelle für den Anschluss eines Druckers - PS/2-Schnittstelle zum Anschluss einer externen Standard-Tastatur und eines Barcodelesestifts bzw. Barcodescanners.

4. Bedienen und Einstellen

4.1 Inbetriebnahme



Warnung

Prüfen Sie das UNIMET® 300ST, seine Anschlussleitung und alle angeschlossene Messleitungen auf äußere Beschädigungen. Sind Beschädigungen vorhanden, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.




Vorsicht

Stellen Sie sicher, dass UNIMET® 300ST immer mit der auf dem Typenschild aufgedruckten Versorgungsspannung gespeist wird. Wird dies nicht beachtet, so drohen Sachschäden am Prüfsystem sowie einem eventuell angeschlossenen Prüfling.

1. Legen Sie UNIMET® 300ST auf eine ebene Fläche, so dass die farbige eingefassten Abdeckungen der Tasche nach oben zeigen. Öffnen Sie die beiden Abdeckungen (Klettverschlüsse).
2. Schließen Sie das UNIMET® 300ST mit Hilfe des fest montierten Netzkabels an die Versorgungsspannung an.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

Das Prüfsystem meldet sich mit einem Piepton (nur wenn der Summer eingeschaltet ist) und zeigt den Begrüßungstext an:



Das Prüfsystem ist nun betriebsbereit. Das Hauptmenü wird angezeigt.

4.1.1 Drucker anschließen



Vorsicht

Geerdete Drucker können die Messungen beeinflussen. Achten Sie deshalb darauf, dass während der Messungen entweder

- kein geerdeter Drucker an der Centronics-Schnittstelle angeschlossen ist oder*
- die Centronics-Schnittstelle über einen geeigneten Baustein galvanisch getrennt ist.*

Für den Ausdruck der Prüfergebnisse kann ein Drucker angeschlossen werden. Voraussetzungen sind:

- Drucker muss IBM 8-bit-Zeichensatz verwenden
- Drucker muss auf IBM-Emulation eingestellt sein

GDI-Drucker (GDI = Graphic Device Interface) sind für das UNIMET® 300ST nicht geeignet.

Für den Anschluss des Druckers benötigen Sie ein Standard-Druckerkabel (25 pol. D-Sub-Stecker auf Centronics). Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten.

4.1.2 Tastatur und Barcodeleser anschließen

Mit Tastatur und/oder Barcodelesestift bzw. Barcodescanner kann die Eingabe von ID-Nummern und Prüfernamen vereinfacht werden. UNIMET® 300ST unterstützt die PS/2-Schnittstelle, an die entweder eine Standard-Tastatur, ein PS/2-Barcode-lesestift oder ein PS/2-Barcodescanner angeschlossen werden können. Wird ein Barcodelesestift AR100 mit PS/2-Tastaturweichenanschlusskabel angeschlossen (siehe "Bestellangaben" auf Seite 57), so kann gleichzeitig auch eine Tastatur angeschlossen werden. Ist keine Tastatur angeschlossen, so stecken Sie die dem Barcode-Lesestift AR100 beigefügten Tastatursimulator an diesen Anschluss ein.

Tastatur und Barcodelesestift bzw. Barcodescanner können während des Betriebs ein- und ausgesteckt werden. Einstellungen am UNIMET sind nicht erforderlich. Tastatur und Barcodelesestift müssen nicht vor dem Einschalten des Prüfgerätes angeschlossen sein. Dies erhöht die Flexibilität bei der Prüfung. Wenn das UNIMET eine PS/2-Tastatur erkennt, so leuchtet an der Tastatur die LED "Num-Lock". Die LED signalisiert, dass die Tastatur betriebsbereit ist.

4.2 Bedienprinzip

4.2.1 Bedienung am Gerät

Alle Funktionen des UNIMET® 300ST werden mit Hilfe der vier Bedientasten und der Anzeigen auf dem Display bedient. In den Menüs wird die gegenwärtige Position mit einer blinkenden Marke (Cursor) gekennzeichnet.

	Mit dem Pfeiltasten bewegen Sie den Cursor in den Menüs aufwärts oder abwärts.
	Mit der ENTER-Taste bestätigen Sie die Auswahl des gegenwärtigen Menüpunkts.
ESC	Die Taste ESC ermöglicht Funktionen ohne Änderung zu verlassen. Sie dient auch zum Rücksprung in das Hauptmenü.

4.2.2 Bedienung über Tastatur

Eine externe Tastatur erleichtert die Eingabe von Prüfernamen und ID-Nummern. Sie können das UNIMET auch vollständig über die Tastatur bedienen. Die Tasten "↑", "↓" (Cursorblock), "↵" (ENTER) und "ESC" haben die gleiche Funktion wie die Tasten auf der Gerätefront des Prüfgerätes.

Beachten Sie bei der Texteingabe:

- Die Texteingaben dürfen maximal 20 Zeichen lang sein. Längere Eingaben werden vom UNIMET auf 20 Zeichen gekürzt.
- Sie können alle Zeichen eingeben, die auch direkt am UNIMET ausgewählt werden können.
- Groß- und Kleinschreibung ist möglich, jedoch keine Umlaute.
- Über den Ziffernblock können nur Ziffern eingegeben werden. Die LED "Num-Lock" leuchtet daher ständig.
- Bei der Texteingabe stehen folgende Tasten für das Editieren des Textes zur Verfügung: "←", "→" (Cursorblock), "⬅" (Backspace), Entf (Del), Pos1 (Home).
- Eingaben über Tastatur und von Barcodelesestift bzw. Barcodescanner eingelesene Texte können auch kombiniert werden.
- Die Eingabe übernehmen Sie, indem Sie nach der Eingabe des letzten Buchstabens
 - am UNIMET die Taste "↵" (ENTER) ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten
 - oder an der externen Tastatur einmal die Taste "↵" (ENTER) drücken.

4.2.3 Einlesen mit dem Barcodeleser

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Barcodelesestifts bzw. Barcodescanners.

Mit dem Barcodelesestift AR100 (siehe "Bestellangaben" auf Seite 57) lesen Sie am sichersten, wenn sie den Stift zügig über den Barcode ziehen. Beachten Sie dazu die Anleitung des Barcodelesestifts. Barcodes können sowohl vorwärts, als auch rückwärts gelesen werden.

Der eingelesene Datenstring darf maximal 20 Zeichen lang sein. Längere Eingaben werden vom UNIMET auf 20 Zeichen gekürzt.

Beim Einlesen von neuen Prüfernamen und ID-Nummern bleibt die Eingabemaske geöffnet. Dies ermöglicht Ihnen die Eingabe zu prüfen und ggf. zu ändern oder zu ersetzen.

- Die Eingabe können Sie löschen und in das vorherige Menü springen, indem Sie
 - am UNIMET die Taste "ESC" ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten
 - oder an einer externen Tastatur einmal die Taste "ESC" drücken.
- Die Eingabe übernehmen Sie, indem Sie
 - am UNIMET die Taste "↵" (ENTER) ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten
 - oder an einer externen Tastatur einmal die Taste "↵" (ENTER) drücken.

Sie können den Barcodelesestift bzw. Barcodescanner auch nutzen, um Prüfungen anhand der ID-Nummer aus dem Gerätecatalog erneut aufzurufen. In diesem Fall wird nach erfolgreichem Einlesen des Barcodes sofort in die nächste Maske des Bedienablaufs weiter geschaltet.

4.3 Hauptmenü

Das Hauptmenü verzweigt in alle Funktionen bzw. Untermenüs des UNIMET® 300ST.

Menüpunkt	Funktion	Seite
1. Klassifikation	Beantworten Sie die im Display gestellten Fragen. Das Prüfsystem ermittelt die notwendigen Prüfungen und die einzuhaltenden Grenzwerte. Der geführte Prüfablauf leitet Sie durch sämtliche Prüfschritte.	29
2. Gerätecatalog	Prüfergebnisse, Prüfungen und Grenzwerte der vom Prüfsystem geprüften Geräte werden im Gerätecatalog gespeichert.	41
3. Einzelmessung	Prüfschritte können als Einzelmessung aufgerufen und beliebig oft wiederholt werden.	49
4. Prüfercatalog	Prüfer auswählen, neuen Prüfer anlegen, Prüfer löschen	16
5. Geräteeinstellung	Einstellungen für Prüfspitze, Typabfrage, Warmlaufphase, Firmenname, Uhr, RS-232-Schnittstelle, Summer, Sprache und Update	19
6. Info	Informiert über Gerätenamen, Softwarestand und Seriennummer des Gerätes.	28


Durch Anwahl mit den Pfeiltasten und Bestätigen mit der Taste "↵" gelangen Sie in das jeweilige Untermenü.

4.4 Prüfercatalog


Im Prüfercatalog werden die Namen der Prüfer gespeichert. Hier wird der Prüfer angemeldet, der im Prüfprotokoll notiert wird. Stellen Sie deshalb den Prüfernamen vor der ersten Prüfung ein.

Der Prüfercatalog ist besonders vorteilhaft, wenn mehrere Personen mit dem Prüfsystem arbeiten. Bereits bekannte Prüfer werden einfach im Prüfercatalog mit den Pfeiltasten ausgewählt. Die wiederholte Eingabe des Prüfernamens entfällt.


Der Prüfername kann maximal zwanzig Zeichen lang sein. Maximal zehn Prüfernamen können gespeichert werden.




So wählen Sie einen Prüfernamen aus (anmelden):



So legen Sie einen neuen Prüfernamen an:




So löschen Sie einen Prüfernamen:

4.5 Geräteeinstellungen

Einige der folgenden Einstellungen dienen der nachweislichen Protokollierung der Prüfergebnisse. Überprüfen Sie deshalb diese Einstellungen vor der ersten Prüfung.

Menüpunkt	Funktion	Seite
1. Zurück	Führt in das Hauptmenü zurück	-
2. Abgleich Prüfsp.	Nullabgleich der Prüfspitze	20
3. Gerätetyp-Abfrage	Hier legen Sie fest, ob zusätzlich zur Geräte-ID auch noch ein Gerätetyp abgefragt und gespeichert werden soll.	21
4. Warm/Kaltlaufphase	Einstellung für Geräte, die vor der Prüfung eine Warmlaufphase und nach der Prüfung eine Abkühlphase benötigen.	21
5. Firmenname ändern	Der hier eingegebene Firmenname erscheint im Ausdruck des Prüfprotokolls und nach dem Einschalten des Gerätes in der Zeile 4 des Begrüßungsmenüs.	22
6. Uhrzeit/Datum	Uhrzeit und Datum einstellen.	22
7. RS232-Parameter	Datenübertragungs-Geschwindigkeit einstellen	23
8. Summer Ein/Aus	Summer ein- oder ausschalten	24
9. Sommer/Winterzeit	Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit ein/aus	24
10. Sprache/Language	Bedienmenüs und Protokolltext in deutscher oder englischer Sprache wählen. Einstellungen für den Einsatz in Österreich aktivieren.	25
11. Firmware-Update	Neue Version der Betriebssoftware laden	25

So gelangen Sie zu den Geräteeinstellungen:



4.5.1 Abgleich Prüfspitze


Für die Prüfspitze des UNIMET® 300ST ist ein Nullabgleich notwendig. Ähnlich wie bei einem Ohmmeter wird dadurch sichergestellt, dass der ohmsche Widerstand der Prüfspitze nicht das Prüfergebn der Schutzleiterprüfung beeinflusst.

Führen Sie diesen Abgleich jeweils neu aus, nachdem Sie

- eine andere Prüfspitze,
- eine andere Messleitung,
- oder einen Drehstromadapter

an das Prüfsystem angeschlossen haben.

So führen Sie den Abgleich der Prüfspitze durch:



*) Auch bei fest angeschlossenen Geräten der Schutzklasse I oder Verlängerungsleitungen kann der niederohmige Durchgang des Schutzleiters geprüft werden. Gemessen wird zwischen der Prüfspitze und einer an der gelben Buchse E angeschlossenen Messleitung.


Vor der Prüfung ist einmalig ein Nullabgleich mit Prüfspitze und Messleitung notwendig.

Führen Sie erneut einen Nullabgleich aus, wenn Sie die Schutzleiterprüfung mit Prüfspitze an Geräten mit Schuko-Stecker ausführen wollen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu falschen Prüfergebnissen führen.

4.5.2 Gerätetyp-Abfrage

Prüfergebnisse werden oft in einer PC-Software gespeichert. Sollen zu prüfende Geräte in der Software nach Typ sortiert wählbar sein, so kann der Typenname bereits bei der Prüfung im UNIMET eingegeben werden. Wählen Sie in diesem Fall "Gerätetyp: Ein". Die Einstellung gilt so lange bis sie erneut geändert wird.




4.5.3 Warm- und Kaltlaufphase

Immer mehr Prüflinge benötigen nach dem Einschalten eine Selbsttest- oder Warmlaufphase und vor dem Ausschalten eine Abkühlphase. Beispiele sind Computer, prozessorgesteuerte Geräte und Lasergeräte. Für diese Geräte darf das UNIMET seine Messungen erst starten, wenn der Prüfling warmgelaufen oder "hochgebootet" ist. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass zu prüfende Teile des Gerätes noch gar nicht eingeschaltet sind und deshalb nicht geprüft werden.

Nach der Messung darf das UNIMET den Prüfling erst dann ausschalten, wenn der Prüfling heruntergefahren oder abgekühlt ist. Anderenfalls besteht bei einem Lasergerät die Gefahr der Überhitzung oder bei einem Computer werden Sektoren auf der Festplatte unbrauchbar.


Wählen Sie für diese Prüflinge "Warm-/Kaltlaufphase: Ein".



Die für die "Warm-/Kaltlaufphase" gewählte Einstellung gilt für alle Prüfungen, bei denen der Prüfling in Betrieb genommen wird. Sie bleibt so lange eingestellt bis sie erneut geändert wird.

4.5.4 Firmenname ändern

Der Firmenname besteht aus maximal 20 Zeichen. Er wird als Kopftext in das Prüfprotokoll gedruckt.




Geräteeinstellung

1. "Firmenname ändern" wählen
2. Mit Pfeiltasten ersten Buchstaben ändern, dann ENTER-Taste drücken
3. Ebenso alle übrigen Buchstaben wählen
 - ESC-Taste kurz drücken = vorheriges Zeichen bearbeiten
 - ESC-Taste lang drücken = Menü ohne Änderung verlassen
4. Nach Eingabe des letzten Buchstabens oder ENTER-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten wird die Eingabe gespeichert und das Einstellmenü verlassen.
Der neue Firmenname ist gespeichert.

4.5.5 Uhrzeit/Datum

So stellen Sie Uhrzeit und Datum ein:



Geräteeinstellung

1. "Uhrzeit/Datum" wählen
2. "Uhrzeit" wählen
3. Mit Pfeiltasten Stunde wählen, dann mit ENTER-Taste bestätigen
4. Mit Pfeiltasten Minute wählen, dann mit ENTER-Taste bestätigen
5. "Datum" in gleicher Weise einstellen

Die Uhr des UNIMET® 300ST wird durch eine Batterie gespeist, die eine Lebensdauer von ca. 4 Jahren hat (siehe auch Kapitel "6.2 Wechsel der Batterie").

Im Untermenü 7 (siehe Kapitel "4.5.8 Sommer/Winterzeit") können Sie zusätzlich einstellen, ob die

Umstellung Sommer-/Winterzeit automatisch erfolgen soll. Der Hinweis in der 4. Zeile der Einstellung "Uhrzeit/Datum" bezieht sich auf das aktuelle Datum: Ist die automatische Umstellung aktiviert, dann erscheint hier während der Sommerzeit: 'Sommerzeit/ CEST' und während der Winterzeit 'Winterzeit/CET'.

CEST = central european summer time
CET = central european time


4.5.6 RS232-Parameter

Über die RS-232-Schnittstelle kann das UNIMET[®] 300ST mit einem PC verbunden werden. Die Baudrate gibt die Datenübertragungsgeschwindigkeit in Bits pro Sekunde an.



Stellen Sie Baudrate am Prüfsystem und am PC (bzw. in der PC-Software) immer auf den gleichen Wert ein! Bei unterschiedlichen Einstellungen ist keine Datenübertragung möglich.

So stellen Sie die Parameter der RS-232-Schnittstelle ein:



Folgende Baudraten sind einstellbar: 9600, 19200, 38400, 57600 Baud

Die übrigen Parameter der RS-232-Schnittstelle sind fest eingestellt:

Datenbit7
Stoppbit2
Paritätgerade

Für eine Datenübertragung wird das mitgelieferte Schnittstellenkabel (Nullmodemkabel oder USB1.1-RS-232-Converter) benötigt. Die Datenübertragung wird immer durch die PC-Software gestartet. Am Prüfsystem ist dazu keine Bedienung erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie in der Anleitung der PC-Software.




Vorsicht

Die Datenübertragung darf nicht gestartet werden, wenn gerade eine Prüfung oder Einzelmessung ausgeführt wird.

Wird dies nicht beachtet, so drohen Sachschäden am UNIMET® 300ST, sowie einem eventuell angeschlossenen Prüfling.


4.5.7 Summer ein/aus

So schalten Sie den Summer des UNIMET® 300ST ein oder aus:



4.5.8 Sommer/Winterzeit


So wählen Sie, ob die Umstellung Sommer-/Winterzeit automatisch erfolgen soll:



Die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung ist für die meisten Länder in Europa gültig (Ausnahmen derzeit z.B. England). Schalten Sie die automatische Umstellung aus, wenn Sie das Prüfsystem in Regionen einsetzen, für die diese Zeitumstellung nicht gilt.

4.5.9 Sprache/Language

Bedienmenüs und Ausdruck des Prüfprotokolls können in deutscher oder englischer Sprache dargestellt werden. So wählen Sie die Sprache:



4.5.10 Firmware-Update

UNIMET® 300ST wird durch eine Betriebssoftware (Firmware) gesteuert. Neue Versionen erhalten Sie bei BENTRON®. Das Update wird als Datei mit der Endung ".hex" bereitgestellt.



Durch ein Update werden die im Gerätekatalog gespeicherten Daten nicht gelöscht. Dennoch empfehlen wir dringend, vor einem Update eine Sicherheitskopie des Gerätekatalogs auf einem PC zu sichern! Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Sichern des Gerätekatalogs" auf Seite 43.



UNIMET® 300ST ab der Version 3.00 sind mit einer neuartigen Hardware ausgestattet. Wird versucht die Betriebssoftware 3.00 auf ein älteres Gerät zu installieren, so bricht das Update ab.


Zur Übertragung des Updates vom PC auf das UNIMET benötigen Sie die PC-Software UNIDData300.

So bereiten Sie das Update vor:


1. UNIDData300 befindet sich auf der dem Gerät beigelegten CD. Es ist zum Betrieb auf PCs ab Betriebssystem Windows®2000 (mit Service Pack 3) bestimmt.
 - Falls eine ältere Version des Programms auf Ihrem PC vorhanden ist: Deinstallieren Sie zuerst die alte UNIDData300-Version.
 - Öffnen Sie das Verzeichnis UNIDData300 und installieren Sie die Software durch Ausführen der Datei "UNIDData300Vxxx.exe" auf Ihrem PC.
2. Kopieren Sie die Update-Datei (z.B. UPD162 Vxxx.hex) auf die Festplatte Ihres PCs.
3. Schließen Sie zur Datenübertragung das mitgelieferte Schnittstellenkabel (Nullmodemkabel oder USB1.1-RS-232-Converter) an PC und UNIMET® 300ST an.

So führen Sie das Update durch:


1. Starten Sie die Software UNIData300 ("Start -> Programme -> UNIMET®300ST -> UNIData300").
2. Wählen Sie "Extras -> Firmware-Update UNIMET".
3. Klicken Sie auf das Symbol  (Verzeichnis öffnen) um die Update-Datei auszuwählen.




4. Markieren Sie die Update-Datei "UPD162 Vxxx.hex" und klicken Sie auf "Öffnen".



5. Für das Update müssen Informationen aus dem UNIMET ausgelesen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Parameter auslesen":




6. Die ausgelesenen Informationen werden angezeigt (Geräte Info). Klicken Sie auf die Schaltfläche "Programm Update". Der Flash-Speicher des UNIMET wird gelöscht, neu programmiert und anschließend geprüft (verifiziert). Der Fortschritt des Updates wird dargestellt.




Die Übertragung der Daten dauert ca. 3 Minuten. Lassen Sie die Datenübertragung vollständig und ungestört ablaufen. Wird die Datenübertragung unterbrochen, hat UNIMET® 300ST keine funktionstüchtige Betriebssoftware mehr. Das Gerät muss dann zum Installieren einer neuen Betriebssoftware an BENTRON® eingeschickt werden.

7. Warten Sie bis das Update beendet ist. UNIMET startet neu und zeigt dann das Hauptmenü an. UNIData300 bestätigt das erfolgreiche Update mit folgender Meldung:



4.6 Info

Der Menüpunkt "Info" des Hauptmenüs gibt Ihnen folgende Informationen:



5. Prüfen und Messen


5.1 Prüfen mittels Klassifikation


5.1.1 Klassifikation

Beantworten Sie die im Display gestellten Fragen. Das Prüfsystem ermittelt die notwendigen Prüfungen und die einzuhaltenden Grenzwerte. Der geführte Prüfablauf leitet Sie durch sämtliche Prüfschritte. Der Prüfablauf enthält außer den elektrischen Prüfungen auch eine Sicht- und Funktionsprüfung.

Beispiel 1:

Klassifikation eines elektrischen Betriebsmittels (z.B. Trennschleifer) nach DIN VDE 0701-0702 mit dem Unimet® 300ST:





R-ISO durchführen Die Isolationsmessung legt eine Spannung von 500 V zwischen die aktiven Leiter und Erde. Empfindliche Geräte könnten durch die Isolationsprüfung beschädigt werden. Aktivieren Sie die Isolationsmessung nur, wenn die Herstellerangaben zum Prüfling dies zulassen.
Hinweis: Ist die Einstellung "Keine Netztr. mögl." ausgewählt, kann die Isolationsmessung nicht gewählt werden.


Keine Netztr.mögl Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät nicht vom Netz getrennt werden kann.

Leitf.Teile->PE Alle leitfähigen berührbaren Teile sind an PE angeschlossen. Diese Einstellung kann verwendet werden, wenn bekannt ist, dass alle metallischen berührbaren Gehäuseteile mit dem Schutzleiter verbunden sind. Bei der Geräteprüfung muss die Prüfspitze dann nur an einem metallischen Punkt am Gehäuse kontaktiert werden.

Sind nicht alle metallischen Gehäuseteile mit dem Schutzleiter verbunden, so schalten Sie diese Funktion aus. Bei der Geräteprüfung wird dann eine zusätzliche Geräteableitstrommessung bzw. Berührungsstrommessung (SK II) ausgeführt. In diesem Fall wird automatisch der manuelle Prüfablauf ausgewählt.


Während der Geräteprüfung verfahren Sie wie folgt:

Tasten Sie bei der Schutzleitermessung mit der Prüfspitze alle mit dem Schutzleiter verbundenen Gehäuseteile nacheinander ab. Bei der Geräteableitstrommessung bzw. Berührungsstrommessung (SK II) tasten Sie dann alle Teile ab, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind.



Beispiel 2:

Klassifikation eines elektrischen Kranken- oder Pflegebettes mit dem Unimet® 300ST:



Manuelle oder automatische Prüfung

Je nach Prüfling kann die Prüfung automatisch oder manuell durchgeführt werden.

Automatische Prüfung

Bei der automatischen Prüfung wird der Prüfling an einer Stelle mit der Prüfspitze oder Prüfklemme kontaktiert. Der Messablauf durchläuft dann automatisch alle Prüfschritte.

Manuelle Prüfung

Bei der manuellen Prüfung ist es möglich jeden Prüfschritt beliebig oft zu wiederholen und dabei nacheinander mehrere berührbare Teile des Prüflings mit der Prüfspitze zu kontaktieren.

R-PE	
Messwert:	0.004 Ω
Grenzwert:	0.300 Ω
Wiederhlg:	↑ Weiter: ↵

UNIMET® 300ST speichert den jeweils "schlechtesten" Messwert. Bei der Messung der Ableitströme und des Schutzleiterwiderstandes ist dies der höchste Messwert; bei der Messung des Isolationswiderstandes ist dies der niedrigste Messwert.


Manuelle Prüfung von Kranken- und Pflegebetten (UNIMET® 300ST)

Die manuelle Prüfung erfolgt grundsätzlich auf die gleiche Weise. Abweichend sind jedoch manuelle Messungen, bei denen das Bett im Betrieb ist (z.B. Ableitströme) und die Messung des Isolationswiderstandes. Diese Messungen werden wie folgt durchgeführt:

- Bei den Ableitströmen wird das Bett ununterbrochen mit Speisespannung versorgt; bei der Isolationsmessung liegt die Messspannung ununterbrochen an.
- Bei den Messungen, bei denen das Bett mit Speisespannung versorgt wird, werden Kopf- und Fußteil, sowie andere elektrische Verstelleinrichtungen betätigt. Die Verstelleinrichtungen werden so lange betätigt bis deren Endabschaltung anspricht.
- Verschiedene berührbare metallische Teile des Bettes können mit der Prüfspitze abgetastet werden.
- Die Messung wird solange wiederholt bis die Taste "↵" (ENTER) gedrückt wird.

Durch das Betätigen der Verstelleinrichtungen des Bettes bewirkte Änderungen der Messwerte werden auf diese Weise sicher erfasst.

Die Anzeige zeigt dabei abwechselnd:



5.1.2 Prüfung



Vorsicht

Das Prüfsystem darf nicht zur Prüfung elektrischer Anlagen eingesetzt werden. Es ist ausschließlich für die Prüfung der unter "Systembeschreibung" auf Seite 9 genannten Geräte und Systeme bestimmt.



Vorsicht

Bei der Prüfung des Isolationswiderstandes mit DC 500 V besteht bei defekten Prüflingen oder bei der direkten Berührung der Prüfspitze die Gefahr eines elektrischen Schlages. Der Berührungsstrom ist auf max. 2,5 mA begrenzt.



Vorsicht

Bei der Prüfung des Ersatzableitstromes mit AC 250 V besteht bei defekten Prüflingen oder bei der direkten Berührung der Prüfspitze die Gefahr eines elektrischen Schlages. Der Prüfstrom ist auf max. 3,5 mA begrenzt.



Vorsicht

Der während der Prüfung eines defekten Prüflings fließende Strom kann die Auslösung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) bewirken.



Vorsicht


Für die Prüfung der Ableitströme im Betriebszustand muss der Prüfling isoliert aufgestellt werden. So wird sichergestellt, dass keine Ableitströme über zufällige Erdverbindungen abfließen.

An leitfähigen Teilen des Prüflings und den Messleitungen kann Netzspannung anliegen. Sie dürfen deshalb nicht berührt werden.


Schließen Sie den Prüfling an das Prüfsystem an.

1. So schließen Sie Kranken- und Pflegebetten, sowie elektrische Betriebsmittel mit Steckeran-



schluss an:




2. Anschluss von einphasigen fest angeschlossenen Geräten an das Prüfsystem
 - Schalten Sie das Gerät spannungsfrei
 - Trennen Sie die Verbindung zur Speisespannung auf.



3. Prüfung von Verlängerungsleitungen
 - So schließen Sie Anschlusskabel und Verlängerungen an:



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des UNIMET® 300ST:




Bei der Schutzleiterprüfung wird der niederohmige Durchgang des Schutzleiters mit einem hohen Strom ($> 2\text{ A}$) geprüft. Dabei entsteht Wärmeenergie. Wird die Schutzleiterprüfung bei manuellem Prüfablauf oder bei der Einzelmessung sehr oft und ohne Pausen wiederholt, so verhindert das Prüfsystem ein Überhitzen, indem es die Prüfung abbricht. Eine Meldung wird angezeigt:

**** GEFAHR ****
Messung wird beendet
wegen Trafo-Überlast
(Messzeit $> 2\text{ Min.}$)

Wird die Prüfung abgebrochen, wird eine erneute Prüfung des Schutzleiters schon nach einigen Sekunden wieder zugelassen.

Nach der Sichtprüfung werden für das Beispiel "Bettenprüfung SK1" die folgenden Prüfungen durch-

geführt:



Beachten Sie, dass nur Prüflinge mit einer Leistungsaufnahme bis maximal 3700 VA aus der Prüfsteckdose des UNIMET® 300ST gespeist werden dürfen. Werden Prüflinge größerer Leistung angeschlossen, löst der in Netzschalter des UNIMET® 300ST eingebaute thermisch-magnetische Schutzschalter aus. Wird der Prüfling entfernt, kann das Prüfsystem nach wenigen Sekunden wieder eingeschaltet werden.

Prüfablauf mit Warm- und Kaltlaufphase

Ist bei den Geräteeinstellungen "Warm- und Kaltlaufphase" aktiviert, so wartet UNIMET bis der Prüfling hochgefahren oder betriebsbereit ist. Nachdem der Prüfling mit Netzspannung versorgt wurde erscheint die folgende Meldung.

WARMLAUFPHASE:
Prüfling
hochfahren!
Weiter: ↵

Warten Sie bis der Prüfling hochgefahren ist und bestätigen Sie dann mit der Taste "↵" (ENTER).


Nach dem letzten Prüfschritt, der mit dieser Phasenlage ausgeführt wurde, wartet UNIMET bis der Prüfling heruntergefahren wurde.

KALTLAUFPHASE:
Prüfling
herunterfahren!
Weiter: ↵

Warten Sie bis der Prüfling heruntergefahren ist und bestätigen Sie dann mit der Taste "↵" (ENTER).

Bei allen Prüfabläufen, die den Prüfling in Betrieb nehmen, wird auch eine Prüfung mit umgekehrter Phasenlage ausgeführt. Der Prüfling wird in diesem Fall ein weiteres Mal hoch- und heruntergefahren.

Nun folgt die Prüfung der Ableitströme:



Es folgt die Funktionsprüfung

Kontrolle der Grenzwerte

UNIMET® 300ST überwacht schon während des Prüfablaufs die Einhaltung der Grenzwerte.

Ist bei der Messung des Schutzleiterwiderstandes ein Grenzwert nicht eingehalten, so kann der Prüfer entscheiden, ob die Prüfung abgebrochen oder bis zum Ende weiter ausgeführt werden soll:

** ACHTUNG **
Grenzwert für R-PE
NICHT eingehalten!
Abbruch: ESC Weiter: ↵


Bei allen anderen Messungen, bei denen der Grenzwert nicht eingehalten wurde, läuft die Prüfung weiter. Das Prüfsystem lässt jedoch keine gefährlichen Ströme zu:




Defekte Prüflinge können gefährliche Ableitströme aufweisen. Bei allen Ableitstrom-Messungen wird die Prüfung sofort beendet, wenn ein Messwert von > 20 mA erreicht wird. UNIMET® 300ST zeigt dann an:

**** GEFAHR ****
 Ableitstrom > 20 mA
 Prüfung wird beendet
 Weiter: ↵

Zum Abschluss des Prüfablaufs folgt die Funktionsprüfung. Dabei wird der Prüfling über die Prüfsteckdose des Prüfsystems in Betrieb genommen.



5.1.3 Auswertung des Prüfergebnisses



ESC kurz = vorheriges Zeichen bearbeiten
 ESC lang = Menü ohne Änderung verlassen

↑, ↓ = nächsten oder vorherigen Prüfschritt wählen

↵ kurz = Zeichen übernehmen
 ↵ lang = Eingabe übernehmen, gewählte Aktion ausführen und Menü verlassen

↵ = zurück in vorheriges Menü


Ist in den Geräteeinstellungen "Gerätetyp abfragen" aktiviert, so wird dieser noch vor der Geräte-ID eingegeben.

5.2 Wiederholungsprüfung und Gerätecatalog

Prüfergebnisse, Prüfungen und Grenzwerte der vom UNIMET® 300ST geprüften Geräte können im Gerätecatalog gespeichert werden. Im Falle einer Wiederholungsprüfung werden die Geräte einfach im Gerätecatalog aufgerufen und erneut geprüft. Weitere Funktionen sind Protokoll drucken, Ergebnis anzeigen, Gerät oder ganzen Katalog löschen.

Der Inhalt des Gerätecatalogs kann in ein PC-Programm übertragen werden. Ebenso können im PC-Programm ausgewählte Datensätze in den Gerätecatalog übertragen werden. Diese Funktionen sind in der Anleitung der PC-Software beschrieben.

So nutzen Sie den Gerätecatalog:




*1 Ist in den Geräteeinstellungen "Gerätetyp abfragen" aktiviert, so wird beim Blättern im Gerätecatalog in der letzten Zeile der Gerätetyp für ca. 2 Sekunden angezeigt.

*2 Ist in den Geräteeinstellungen "Gerätetyp abfragen" aktiviert, so erscheint hier ein zusätzlicher Menüpunkt "Gerätetyp ändern".

5.2.1 Sammel-Ausdruck

Jede im Prüfsystem gespeicherte Prüfung kann als Messprotokoll ausgedruckt werden. Wählen Sie entweder alle oder nur die Protokolle eines gewünschten Zeitraumes.



5.2.2 Sichern des Gerätekatalogs

Im Gerätekatalog sind zu geprüften Geräten die ID-Nummern, die Prüfergebnisse und die Klassifikation für die Wiederholungsprüfung gespeichert. Diese Daten können mit der Bender-PC-Software UNIData300 auf einem PC gesichert werden.



Auf den folgenden Seiten erhalten Sie eine kurze Einführung in die Software UNIData300. Eine detaillierte Beschreibung liefert Ihnen das Menü "Hilfe" der Software UNIData300.


So starten Sie UNIData300:

1. UNIData300 befindet sich auf der dem Gerät beigefügten CD. Es ist zum Betrieb auf PCs ab Betriebssystem Windows® 2000 (mit Service Pack 3) bestimmt.
 - Falls eine ältere Version des Programms auf Ihren PC vorhanden ist: Deinstallieren Sie zuerst die alte UNIData300-Version.
 - Öffnen Sie das Verzeichnis UNIData300 und installieren Sie die Software durch Ausführen der Datei "UNIData300Vxxx.exe" auf Ihren PC.
2. Schließen Sie zur Datenübertragung das mitgelieferte Schnittstellenkabel (Nullmodemkabel oder USB1.1-RS-232-Converter) an PC und UNIMET® 300ST an.
3. Schalten Sie das UNIMET ein.
4. Starten Sie die Software UNIData300 ("Start -> Programme -> Unimet® 300ST -> UNIData300"). UNIData300 stellt sich selbständig auf die erforderliche Schnittstelle (z.B. COM1) und die am UNIMET eingestellte Baudrate ein. Die Einstellungen werden bei Import und Export am unteren Rand des Programmfensters dargestellt.

Prüfgerät: UNIMET@300ST -> V3.20 Ser.Nr.: 0301001775 COM 1 Baudrate: 57600 08.11.2011 13:29

So importieren Sie Daten in den PC:


1. Wählen Sie "Daten -> importieren", um die Daten des Unimets in die PC-Software zu importieren



UNIData300 meldet den erfolgreichen Import:



2. Wählen Sie nun, welche Daten in die Gerätedatenbank von UNIData300 gespeichert werden sollen.




1	Wählen Sie die zu speichernden Daten: - Klicken Sie die einzelnen Daten im linken Fenster an oder - wählen Sie nach Prüfnorm aus und aktivieren Sie den Import-Filter. Sind alle Normen aktiviert, so werden alle Daten zum Speichern ausgewählt.
2	Entscheiden Sie, ob der Gerätecatalog im UNIMET gelöscht werden soll.
3	Starten Sie den Import. UNIData300 zeigt den Fortschritt der Datenübertragung an.  Warten Sie bis die Daten gespeichert sind.
4	Schließen Sie das Import-Fenster.

So nutzen Sie die eingelesenen Daten auf dem PC:
Wählen Sie "Gerätecatalog" -> "Öffnen".



Die auf dem PC gespeicherten Daten des Gerätecatalogs werden dargestellt:



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

1	Mit den Pfeiltasten wählen Sie ein Gerät aus. Alle für dieses Gerät bekannten Daten werden sofort dargestellt. Nur die Felder "Prüfintervall (Monate)" und "Gerätebez./Typ" sind änderbar.
2	Nach einem Klick auf diese Karte sehen Sie die Prüfergebnisse des aktuellen Gerätes.
3	Geben Sie ein Prüfintervall ein. Dies ermöglicht Ihnen (nach dem Aktualisieren) gezielt die Geräte zum Exportieren auszuwählen, die zur Prüfung fällig sind.
4	"Aktualisieren" übernimmt Ihre Eingaben in der Feldern "Gerätebez./Typ" und "Prüfintervall (Monate)" in die Gerätedatenbank. Ist das Feld "Prüfintervall (Monate)" ausgefüllt, so aktualisiert UNIDData300 das Feld "Nächste Prüfung".
5	Das aktuelle Gerät wird gelöscht.

6	<p>Eine Druckvorschau wird angezeigt:</p>  <p>- Klicken Sie auf  um zu drucken.</p> <p>- Klicken Sie auf  um das Prüfprotokoll zu exportieren. Formate: PDF, MS-Word, Excel, RTF, HTML 4.0.</p> <p>- Im Menü "Extras" -> "Protokoll Einstellungen" können Sie Firmenname (max. 4 Zeilen) und Firmenlogo für das Protokoll einstellen.</p>
7	<p>Klicken Sie auf "Schließen" um das Programmfenster zu verlassen.</p>

So löschen Sie die Gerätedatenbank von UNIData300:

Wählen Sie "Gerätecatalog" -> "Löschen".



Bestätigen Sie auch die Sicherheitsabfrage "Alle löschen". Die Gerätedatenbank von UNIData300 wird gelöscht.

So exportieren Sie Daten vom PC in das Unimet:


1. Wählen Sie "Daten" -> "Exportieren", um die in der PC-Software gespeicherten Daten in den Gerätecatalog des Unimets zu übertragen.



UNIData300 stellt die gespeicherten Daten zur Verfügung und meldet:



- Wählen Sie nun die zu exportierenden Daten aus. Markieren Sie einzelne Daten oder klicken Sie auf "Alle auswählen". Mit "Start Export" exportieren Sie die ausgewählten Daten.




1	<p>Wählen Sie die zu exportierenden Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klicken Sie die einzelnen Daten im linken Fenster an oder - wählen Sie nach Prüfnorm aus und aktivieren Sie den Export-Filter. .
2	Sollen alle Daten exportiert werden so klicken Sie auf "Alle auswählen".
3	<p>Starten Sie den Export. UNIData300 zeigt den Fortschritt der Datenübertragung an.</p>  <p>Warten Sie bis die Daten übertragen sind.</p>
4	Schließen Sie das Export-Fenster.

So beenden Sie UNIData300:

Wählen Sie "Gerätekatalog" -> "Programm beenden".

**So speichern Sie eine Kopie der Gerätedatenbank von UNIData300:**

Das Menü "Extras -> Datenbank Dienstprogramme -> Datenbank sichern" ermöglicht eine Kopie der Datenbank auf der Festplatte des PCs zu sichern.



Die Kopie der Datenbank finden Sie im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\UNIData300\DB_BACKUP".

So sichern Sie die Original-Gerätedatenbank von UNIData300:


Die Festplatte des PCs ist kein absolut sicherer Aufbewahrungsort für Daten. Mit einer Sicherungskopie der Gerätedatenbank vermeiden Sie Datenverluste.

Die Original-Gerätedatenbank "u300.mdb" finden Sie im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\UNIData300\Database". Sichern Sie die Gerätedatenbank regelmäßig auf einen anderen Datenträger.



5.3 Einzelmessung

Prüfschritte können als Einzelmessung aufgerufen und beliebig oft wiederholt werden. Wird beispielsweise beim klassifizierten Prüfablauf ein Grenzwert nicht eingehalten, kann der betroffene Prüfschritt mit der Einzelmessung näher untersucht werden.



Bei der Schutzleiterprüfung wird der niederohmige Durchgang des Schutzleiters mit einem hohen Strom (> 2 A) geprüft. Dabei entsteht Wärmeenergie. Wird die Schutzleiterprüfung bei manuellem Prüfablauf oder bei der Einzelmessung sehr oft und ohne Pausen wiederholt, so verhindert das Prüfsystem ein Überhitzen, indem es die Prüfung abbricht. Eine Meldung wird angezeigt:

**** GEFAHR ****
 Messung wird beendet
 wegen Trafo-Überlast
 (Messzeit > 2 Min.)

Wird die Prüfung abgebrochen, wird eine erneute Prüfung des Schutzleiters schon nach einigen Sekunden wieder zugelassen.

6. Wartung und Kalibrierung

6.1 Kalibrierung

UNIMET[®] 300ST bedarf wie jedes messende Gerät einer regelmäßigen Überprüfung der Messwerte. Das Kalibrierintervall beträgt 36 Monate. Die Kalibrierung und Justierung des Prüfsystems darf nur von BENTRON[®] oder einer von BENTRON[®] autorisierten Stelle durchgeführt werden.

6.2 Wechsel der Batterie

Die Uhr des UNIMET[®] 300ST wird durch eine Batterie gespeist, die eine Lebensdauer von ca. vier Jahren hat (siehe auch Kapitel "4.5.5 Uhrzeit/Datum"). Hat die Batterie eine zu niedrige Spannung, so wird nach dem Einschalten des Prüfsystems die folgende Meldung angezeigt:

**** BATTERIE LEER ****
 Bitte wechseln lass.
 Zeit/Datum einstellen
 Weiter: ↵

Der Wechsel der Batterie des Prüfsystems darf nur von BENTRON[®] oder einer von BENTRON[®] autorisierten Stelle durchgeführt werden.

Die Batterie wird von BENTRON[®] im Rahmen der Kalibrierung immer erneuert.

6.3 Fehlermeldungen

UNIMET[®] 300ST überwacht ständig seine Gerätefunktionen. Sollte der seltene Fall eines Fehlers auftreten, so erscheint im Display eine Meldung:

**** FEHLER ****
 xxxxxx
 Service kontaktieren!
 Weiter: ↵

xxxxxx steht dabei für die Art des ausgegebenen Fehlers. Folgende Fehlerarten werden unterschieden:

Fehlerart	Erklärung
I2C-Bus (Code 002)	Hardware-Fehler interner Bus
RT-Clock (Code 004)	Geräteinterne Echtzeituhr läuft nicht
Cal-Values (Code 016)	Fehler im Speicher für die Kalibrierwerte. Kann in bestimmten Fällen durch eine Korrektur der Kalibrierwerte in der Datenbank des UNIMET [®] 300ST behoben werden

Fehlerart	Erklärung
Database (Code 032)	Dieser Fehler erscheint, wenn ein fehlerhafter Datensatz in der Gerätedatenbank erkannt wird, der nicht korrigiert werden kann. Der Fehler kann behoben werden, wenn der Datensatz bei dem dieser Fehler auftritt, gelöscht wird.
Firmware (Code 128)	Bei einem UNIMET [®] 300ST wurde die Firmware eines UNIMET [®] 301ST aufgespielt oder umgekehrt

Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, wird ein abweichender Fehlercode ausgegeben.
Verfahren Sie nun wie folgt:

1. Schalten Sie UNIMET[®] 300ST aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Notieren Sie, was vor dem Fehler geschehen ist: Bedienschritte, Art des Prüflings, Umgebungsbedingungen etc.
3. Halten Sie die Seriennummer des Gerätes bereit.
4. Sprechen Sie den technischen Service von BENTRON[®] an und nennen Sie die Art des Fehlers und den Fehlercode.

6.4 Entsorgung

Beachten Sie die nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung des Gerätes. Fragen Sie Ihren Lieferanten, wenn Sie nicht sicher sind, wie das Altgerät zu entsorgen ist.

Im Bereich der Europäischen Gemeinschaft gelten die Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und die Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

In Deutschland sind diese Richtlinien durch das "Elektro- und Elektronikgerätegesetz vom 16. März 2005 umgesetzt. Danach gilt:

- Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur Kennzeichnung dient das Symbol:



- Batterien oder Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Altgeräte anderer Nutzer als privater Haushalte, die als Neugeräte nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden, werden vom Hersteller zurückgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

7. Daten

7.1 Normen

7.1.1 Anwendungsnormen

Das UNIMET[®] 300ST führt Messungen und Prüfungen nach folgenden Normen aus:

- DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2008-08
"Medizinische elektrische Geräte - Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten (IEC 62353:2007); Deutsche Fassung EN 62353:2008"
- DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06
"Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte - Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte - Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit"
- ÖVE/ÖNORM EN 62353:2009-01-01
"Medizinische elektrische Geräte - Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten (IEC 62353:2007)"

7.1.2 Konstruktionsnormen

Bei der Konstruktion von UNIMET[®] 300ST wurden folgende Normen berücksichtigt:

- DIN VDE 0404-1 (VDE 0404-1):2002-05
"Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten - Teil 1: Allgemeine Anforderungen"
- DIN VDE 0404-2 (VDE 0404-2):2002-05
"Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten - Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen"
- DIN VDE 0404-3 (VDE 0404-3):2005-04
"Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten - Teil 3: Prüfeinrichtungen für Wiederholungsprüfungen und Prüfungen vor der Inbetriebnahme von medizinischen elektrischen Geräten oder Systemen"

7.2 Prüfschritte

Ein klassifizierter Prüfablauf mit UNIMET® 300ST besteht aus mehreren einzelnen Prüfschritten. Die Prüfschritte sind durch Messnummern spezifiziert.

Mess Nr.	Name der Messung	Abkürzungen	Einheit	Norm
3	Schutzleiterwiderstand feste Leitung	R-PE	Ohm	VDE 0701-0702 + DIN EN 62353
4	Schutzleiterwiderstand festangeschlossenes Gerät	R-PE	Ohm	VDE 0701-0702 + DIN EN 62353
5	Isolationswiderstand SK2	R-ISO SK2	MOhm	DIN EN 62353
6	Isolationswiderstand SK1	R-ISO SK1	MOhm	DIN EN 62353
106	Isolationswiderstand SK1	R-ISO SK1	MOhm	VDE 0701-0702
107	Isolationswiderstand SK2	R-ISO SK2	MOhm	VDE 0701-0702
120	Isolationswiderstand Leitung	R-ISO	MOhm	VDE 0701-0702
44	Ersatzgeräteableitstrom SK1	EGA SK1	mA	DIN EN 62353
46	Ersatzgeräteableitstrom SK2	EGA SK2	mA	DIN EN 62353
109	Ersatzgeräteableitstrom SK1	EGA SK1	mA	VDE 0701-0702
110	Ersatzgeräteableitstrom SK2	EGA SK2	mA	VDE 0701-0702
80	Laststrommessung		A	VDE 0701-0702 + DIN EN 62353
81	Betriebsspannung		V	VDE 0701-0702 + DIN EN 62353
82	Leistungsaufnahme		kVA	VDE 0701-0702 + DIN EN 62353
111	Schutzleiterstrom Direkt	I-PE	mA	VDE 0701-0702
112	Schutzleiterstrom Direkt Ph-r	I-PE	mA	VDE 0701-0702
113	Schutzleiterstrom Differenz	I-PE	mA	VDE 0701-0702
114	Schutzleiterstrom Differenz Ph-r	I-PE	mA	VDE 0701-0702
76	Schutzleiterstrom 3Ph Differenzstrom	I-PE	mA	VDE 0701-0702
115	Berührungsstrom Direkt	I-BER	mA	VDE 0701-0702
116	Berührungsstrom Direkt Ph-r	I-BER	mA	VDE 0701-0702
117	Berührungsstrom Differenz	I-BER	mA	VDE 0701-0702
118	Berührungsstrom Differenz Ph-r	I-BER	mA	VDE 0701-0702
77	Berührungsstrom 3Ph Differenzstrom	I-BER	mA	VDE 0701-0702
210	Geräteableitstrom SK1 Direkt	I-GER	mA	DIN EN 62353
211	Geräteableitstrom SK1 Direkt Ph-r	I-GER	mA	DIN EN 62353

Mess Nr.	Name der Messung	Abkürzungen	Einheit	Norm
212	Geräteableitstrom SK1 Differenz	I-GER	mA	DIN EN 62353
213	Geräteableitstrom SK1 Differenz Ph-r	I-GER	mA	DIN EN 62353
78	Geräteableitstrom SK1 3Ph Differenz	I-GER	mA	DIN EN 62353
214	Geräteableitstrom SK2 Direkt	I-GER	mA	DIN EN 62353
215	Geräteableitstrom SK2 Direkt Ph-r	I-GER	mA	DIN EN 62353
216	Geräteableitstrom SK2 Differenz	I-GER	mA	DIN EN 62353
217	Geräteableitstrom SK2 Differenz Ph-r	I-GER	mA	DIN EN 62353
79	Geräteableitstrom SK2 3Ph Differenz	I-GER	mA	DIN EN 62353

7.3 Technische Daten

Versorgungsspannung	AC 230 V \pm 10 %)
Frequenzbereich	45 ... 65 Hz
Eigenverbrauch	max. 50 VA
Maximaler Laststrom	16 A
Max. anschließbare Last bei 230 V	3700 VA
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Lagertemperatur	-10 ... +70 °C
Schutzart	IP20

Prüfung des Schutzleiterwiderstandes

Prüfspannung	ca. 5 V, Netzfrequenz
Kurzschlussstrom	> 2 A
Messbereich	0,001 Ω ... 29,999 Ω
Messgenauigkeit	0,001 Ω ... 1,0 Ω : \pm 2,5% v.M. \pm 2 Digit
.....	1,001 Ω ... 29,999 Ω : \pm 5% v.M. \pm 2 Digit

Ableitstrom nach dem Differenzstrom-Messverfahren

Messbereich	0,02 mA ... 19,99 mA
Messgenauigkeit	\pm 5 % v.M. \pm 5 Digit

Direkte Messung des Ableitstromes

Messbereich	0,001 mA ... 19,999 mA
Messgenauigkeit	0,001 mA ... 19,999 mA: \pm 5 % v.M. \pm 2 Digit

Ersatzgeräteableitstrom

Messbereich	0,001 mA ... 19,999 mA
Messgenauigkeit	0,001 mA ... 9,999 mA: \pm 5 % v.M. \pm 2 Digit
.....	10,000 mA ... 19,999 mA: \pm 7 % v.M. \pm 2 Digit
Prüfspannung (Ersatzgeräteableitstrom)	ca. Netzspannung, Netzfrequenz
Prüfstrom	max. 3,5 mA

Isolationswiderstand

Prüfspannung	ca. DC 500 V
Max. Prüfstrom	2,5 mA
Messbereich	0,01 M Ω bis 199,99 M Ω
Messgenauigkeit	0,01 M Ω ... 99,99 M Ω : \pm 5 % v.M. \pm 2 Digit
.....	100,00 M Ω ... 199,99 M Ω : \pm 10 % v.M. \pm 2 Digit

Laststrommessung

Messbereich	0,01 A bis 16 A
Messgenauigkeit	\pm 2,5 % v.M., \pm 3 Digit

Spannungsmessung

Messbereich	90 ... 264 V
Messgenauigkeit	\pm 2,5 % v.M., \pm 2 Digit

Scheinleistung

Messbereich	5 ... 3700 VA
Messgenauigkeit	\pm 5 % v.M., \pm 5 Digit

Allgemeine Daten

Abmessungen (ohne Tasche)	ca. 168 x 272 x 124 mm (B x T x H)
Gewicht (ohne Zubehör und Tasche)	ca. 2,2 kg
Kalibrierintervall:	36 Monate

v.M. = vom Messwert

7.4 Bestellangaben

Typ	Kommentar	Art. Nr.
UNIMET® 300ST Standard	Prüfsystem für elektrische Kranken- und Pflegebetten; Prüfungen nach DIN EN 62353, DIN VDE 0701-0702; Us = AC230 V; max. Last 3500 VA; Stecker und Steckdose: deutsch	B 96023000
UNIMET® 300ST Ausführung CH	Prüfsystem für elektrische Kranken- und Pflegebetten; Prüfungen nach DIN EN 62353, DIN VDE 0701-0702; Us = AC230 V; max. Last 3500 VA; Stecker und Steckdose: Schweiz	B 96023001
VK701-6	Adapter Schuko	B 96020067
VK701-7	Adapter Kaltgeräte	B 96020066
Schnittst.-Kabel RS-232/RS-232	Kabel zur Verbindung des Prüfsystems mit einem PC, 9-polig, Buchse-Buchse (Nullmodemkabel)	B 96012012
Prüfspitze	Messleitung 3 m mit Prüfspitze schwarz	B 928748
Prüfklemme	Prüfklemme schwarz	B 928741
AR100	Barcode Scanner	B 96020078
PS/2	Barcode-Lesestift	B 96020082
	USB1.1-RS-232-Converter	B 96020086
	Flex-Keyboard	B 96020093
DS32A	Drehstromadapter zur Prüfung von ortsveränderlichen Geräten während des Betriebs, CEE 3pol. 16 A Stecker/Kupplung, CEE 5pol. 32 A Stecker/Kupplung, für UNIMET® 1100/800/400/300ST	B 96020098
VK701-8	ADAPTERKIT 16A für DS32A, für die Messung von 16 A Drehstromgeräten in Verbindung mit dem Drehstromadapter DS32A	B 96020097

Andere Ausführungen und Software auf Anfrage.

INDEX

A

- Abkühlphase 21
- Ableitströme 9
 - gefährliche 39

B

- Barcodeleser
 - anschließen 14
- Barcodelesestift 15
- Barcodescanner 15
- Batterie 22
 - Wechsel der 51
- Baudrate 23
- Bedienmenüs 12
- Bedienprinzip 14
- Bestellangaben 57
- Betriebsmittel
 - elektrisch 29
- Betriebssoftware 25

D

- Datenübertragungs-Geschwindigkeit 19
- Datum 22
- Drucker 12, 14

E

- Einsatzbereiche 7, 9
- Einzelmessung 49

F

- Fehlerarten 51
- Fehlercode 52
- Firmenname 22
- Firmware 52
- Firmware-Update 25
- Funktionsprüfung 40

G

- Gerät
 - fest angeschlossen 34
- Geräte
 - fest angeschlossen 20

- Gerätedatenbank
 - Sicherung speichern 48
- Geräteeinstellungen 19
- Gerätefunktionen 51
- Gerätekatalog 41
 - sichern 43
- Gerätetyp-Abfrage 21
- Grenzwerte 29
 - Kontrolle der 39

H

- Hauptmenü 13, 16
- Herstellerangaben 30

I

- IBM-Emulation 14
- IT-System 9

K

- Kalibrierintervall 51
- Klassifikation 29
- Kleinschreibung 15
- Kranken- und Pflegebetten 9, 31
 - manuelle Prüfung 32
- Kunststoffgehäuse 12

L

- Leistungsaufnahme 37

N

- Netze
 - geerdete 9
- Normen 10, 53
- Nullmodemkabel 10, 24, 25, 43

P

- PC-Software 23, 41
- Personal 7
- Pfeiltasten 14
- Protokoll drucken 41
- Prüferkatalog 16

- Prüfernamen 16
- Prüfklemme 10
- Prüfling anschließen 34
- Prüfprotokolls 22
- Prüfspitze 12
 - andere 20
 - Nullabgleich 20
- Prüfung
 - automatisch 31
 - manuell 31
- Prüfungen 29

R

- RS-232-Schnittstelle 23

S

- Sammel-Ausdruck 42
- Schnittstellen 12
- Schnittstellenkabel 25, 43
- Schutzleiterprüfung 36, 49
- Schutzschalter
 - thermisch-magnetischer 37
- Seriennummer 16
- Sommer-/Winterzeit 23, 24
- Sprache 25
- Steckeranschluss 34
- Summer 24

T

- Tastatur 15
 - anschließen 14
- Tastaturweichenanschlusskabel 14
- Tragetasche 10
- Transportschäden 7

U

Uhrzeit 22

Umlaute 15

UNIData300 25

UniData300 43

- installieren 43

USB1.1-RS232-Converter 10,
24, 25, 43

V

Verlängerungen 35

Verlängerungsleitungen 20

Versorgungsspannung 13

Verwendung

- bestimmungsgemäße 7

W

Warm- und Kaltlaufphase 38

Warmlaufphase 21

Wiederholungsprüfung 41

Z

Zubehör 10



Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Bender GmbH & Co. KG
Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Deutschland
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Deutschland
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de



All rights reserved.
Reprinting and duplicating
only with permission of the publisher.

Bender GmbH & Co. KG
PO Box 1161 • 35301 Gruenberg • Germany
Londorfer Str. 65 • 35305 Gruenberg • Germany
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de
